



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 2º andar – sala 200 – CEP: 70.047-900
Brasília, Distrito Federal, Brasil.
Fone: (61) 2022-9217 / 9218 – Fax: (61) 2022-9020

OFÍCIO Nº 243 / 2013 / MEC / SECADI / DPEE

Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2013.


Ao Senhor
Alisson Rafael
Pregoeiro do FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
SBS, Quadra 02, Bloco F, Edifício Sede do FNDE, 4º andar.
CEP 70.070-929

Assunto: Encaminhamento do Parecer nº 14/2013.

Senhor Pregoeiro,

Com a finalidade de dar prosseguimento às etapas subsequentes do processo licitatório - Pregão nº 58/2012, encaminhamos o Parecer Técnico Nº 14 / 2013 / DPEE / SECADI / MEC, em anexo, referente à análise do Item 26.

Atenciosamente,


Walter Borges dos Santos Filho
Diretor de Políticas de Educação Especial - Substituto
DPEE/SECADI/MEC

RECEBIDO POR: Ana Paula Costa

Data: 06/02/2013 Horas: 18:00

Ana Paula Costa Rodrigues
Coordenadora de Contratos

CCONT / CGARC / DIRAD



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 2º andar – sala 200 – CEP: 70.047-900
Brasília, Distrito Federal, Brasil.
Fone: (61) 2022-9217/9218 – Fax: (61) 2022-9020

PARECER Nº 14 / 2013 / DPEE / SECADI / MEC

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Assunto: Reunião da Comissão Técnica para avaliação das amostras dos itens que compõem as Salas de Recursos Multifuncionais, Pregão nº58/2012.

Trata-se o presente da análise e parecer sobre o kit com 6 lupas manuais apresentado pela empresa classificada no certame licitatório - Pregão nº 58/2012.

Análise

As amostras dos materiais que compõem o Item 26 (Kit com 6 lupas manuais) foram analisadas de acordo com as especificações técnicas contidas no edital do Pregão Eletrônico nº 58/2012.

1. Especificações técnicas, de acordo com o Edital, da **Lupa Horizontal:** Lupa em barra com ampliação de 2 x; 65 mm de comprimento, com tolerância de até $\pm 2,5\%$; Acondicionada em capa protetora com tecido de algodão.

Item	Descrição	Avaliação
26	Lupa Horizontal	A partir da avaliação técnica verificou-se que o produto atende às especificações do edital.

2. Especificações técnicas, de acordo com o Edital, da **Lupa Manual sem iluminação acoplada:** Ampliação de 3 x; Dioptrias: 12; Diâmetro: no mínimo, 44 mm; Armação fixa; Acondicionada em capa protetora com tecido de algodão.

Item	Descrição	Avaliação
26	Lupa Manual sem iluminação acoplada	A partir da avaliação técnica verificou-se que o produto atende às especificações do edital.

mef

3. Especificações técnicas, de acordo com o Edital, da **Lupa de apoio**: Ampliação de 7 x; Dioptrias: 28; Diâmetro: no mínimo, 35mm; Armação fixa e transparente; Acondicionada em capa protetora com tecido de algodão.

Item	Descrição	Avaliação e Recomendação
26	Lupa de apoio	A partir da avaliação técnica verificou-se que o produto atende às especificações do edital. Recomendamos que a lupa seja colocada em capa protetora maior para facilitar o manuseio.

4. Especificações técnicas, de acordo com o Edital, da **Lupa Manual com iluminação acoplada**: Ampliação de 9 x; Dioptrias: 36; Diâmetro: no mínimo, 35mm; Acondicionada em capa protetora com tecido de algodão.

Item	Descrição	Avaliação
26	Lupa manual com iluminação acoplada	A partir da avaliação técnica verificou-se que o produto atende às especificações do edital.

5. Especificações técnicas, de acordo com o Edital, da **Lupa Manual com iluminação acoplada**: Ampliação de 11 x; Dioptrias: 44; Diâmetro: no mínimo, 30mm; Armação fixa; Acondicionada em capa protetora com tecido de algodão.

Item	Descrição	Avaliação
26	Lupa manual com iluminação acoplada	A partir da avaliação técnica verificou-se que o produto atende às especificações do edital.


6. Especificações técnicas, de acordo com o Edital, da **Lupa de apoio**: Ampliação de 12,5 x; Dioptrias: 50; Diâmetro: no mínimo, 30mm; Armação fixa; Acondicionada em capa protetora com tecido de algodão.

Item	Descrição	Avaliação
26	Lupa manual com iluminação acoplada	A partir da avaliação técnica verificou-se que o produto atende às especificações do edital.

Conclusão

Diante do exposto, considera-se o kit de lupas manuais aprovado, devendo atender a recomendação contida no item 3 do presente parecer.

Campinas/SP, 01 de fevereiro de 2013.


 Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto